



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.001089.11.24 от 08.11.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Кабинет компьютерной томографии ООО "ГЦСМП", Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 136-а. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ", 344018, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕКУЧЕВА, ЗД. 246, ЭТАЖ 4, КОМ. 20 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №01.4-06/7275 от 29.10.2024г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", протокол лабораторных испытаний №61-00/24806-01-24 от 23.10.2024г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области".



Заключение действительно до 07.11.2029 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3710123



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 61. РЦ.10.000.М.001089.11.24 ОТ 08.11.2024 г.

Эксплуатация, в т.ч. хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».
2. Адрес юридический: 344018, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕКУЧЕВА, ЗД. 246, ЭТАЖ 4, КОМ. 20; адрес фактический: Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 136-а.
3. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: кабинет компьютерной томографии.
4. Должностное лицо ответственное за радиационную безопасность: директор А.С. Лысенко., приказ №1 от 09.01.2024г.

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
3. Работы с генерирующими ИИИ: - томограф компьютерный «Discovery CT750 HD», зав.№220826СТ01, (140кВ), год выпуска 2024, год установки 2024.	Эксплуатация, хранение (рентгенологические исследования)	Кабинет компьютерной томографии, одноэтажное здание	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ.	Не проводятся	-	-

Действительно до: 07.11.2029г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0475967